

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 98 del 22 settembre 2020

Appropriatezza erogativa di prestazioni di Risonanza Magnetica (RM) ai pazienti affetti da sclerosi multipla: definizione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene recepito il documento del Gruppo di lavoro istituito con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 83 del 6 agosto 2020, che ha valutato le caratteristiche che devono avere le apparecchiature radiologiche per eseguire in maniera ottimale Risonanze Magnetiche ai pazienti affetti da sclerosi multipla.

Il Direttore generale

PREMESSO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 (pubblicato nel supplemento n. 15 della G.U. n. 65 del 18 marzo 2017) sono stati approvati i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), cioè il complesso delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale assicura, attraverso risorse finanziarie pubbliche e/o compartecipazione dell'assistito alla spesa, mediante erogazione delle stesse da parte di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private accreditate;

VISTO che con il Decreto 10 agosto 2018 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2018 - il Ministero della Salute ha dettato i nuovi standard di sicurezza per le apparecchiature a risonanza magnetica;

VISTO il Piano socio - sanitario regionale della Regione Veneto 2019 - 2023 approvato con Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 48 s.m.i.;

CONSIDERATO CHE la sclerosi multipla è una patologia cronica, infiammatoria e degenerativa complessa che interessa fasce di età sempre più giovani, risultando essere la seconda causa di disabilità nei giovani dopo gli incidenti stradali, e sono quindi auspicabili esami diagnostici più efficaci e tempestivi per permettere cure e terapie mirate e efficaci;

POSTO CHE è necessario proseguire nelle azioni già intraprese nel campo dell'appropriatezza erogativa e valutato, quindi, necessario estendere la stessa anche al campo della radiologia diagnostica in un'ottica di efficacia e efficienza del sistema rispetto a tale particolare categoria di pazienti;

PRESO ATTO che con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 83 del 6 agosto 2020 è stato istituito un Gruppo di lavoro per individuare le caratteristiche tecniche delle apparecchiature e delle modalità di esecuzione di esami radiologici per i soggetti malati di sclerosi multipla, composto da operatori esperti del SSR;

VISTO il documento finale elaborato dal succitato Gruppo che ha definito le caratteristiche tecniche di cui devono essere in possesso le apparecchiature per Risonanza Magnetica (RM) per eseguire in maniera ottimale le prestazioni di branca Radiologia Diagnostica cod. 069 presenti nel Nomenclatore Tariffario ai pazienti affetti da sclerosi multipla, trasmesso con nota prot. n. 384807 del 21 settembre 2020 al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il documento *'Definizione delle caratteristiche tecniche (Hardware e Software) delle apparecchiature di Risonanza Magnetica e dei requisiti necessari per una corretta interpretazione delle immagini ai fini della diagnosi e del monitoraggio terapeutico e clinico delle persone affette da Sclerosi Multipla'*, di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che tale documento rappresenta una linea guida a cui devono attenersi i soggetti, pubblici e privati accreditati, che erogano le prestazioni sanitarie ivi richiamate ai pazienti affetti di sclerosi multipla;

4. di incaricare i NAC aziendali e il Nucleo Regionale di controllo a monitorare il rispetto del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan